

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

Znak: ONS-HKiŚ-0615/3-3/2020

Cieszyn, dnia 12.08.2020 r.

**ALS Czech Republic s.r.o.
Na Harfě 366/9
190 00 Prague 9
Czech Republic**

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa **zawiadamiam**, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie metod fizyko-chemicznych oraz radiologicznych, wykonywanych przez laboratorium ALS s.r.o. Czech Republic i obciążenia strony opłatą za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 Kpa **informuję**, iż został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania:

- zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań w formie decyzji
- decyzji płatniczej

i w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma - przed wydaniem decyzji administracyjnej i rachunku-decyzji płatniczej, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWZDZING

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Cieszynie

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@pis.gov.pl

ONS-HKiŚ-0615/3-3/2020

Cieszyn, dnia 20.08.2020 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2019 poz. 59),
- art. 12 ust. 4, art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków* (Dz. U. z 2019, poz. 1437 z późn. zm.),
- zał. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.07.2020 r. o zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, złożonego przez ALS Czech Republic s.r.o., Na Harfě 366/9, 190 00 Prague 9

z a t w i e r d z a

system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonywanych przez laboratorium ALS s.r.o. Czech Republic w zakresie oznaczeń następujących parametrów:

- akryloamid
- antymon
- arsen
- azotany
- azotyny
- benzen
- benzo(a)piren
- bor
- bromiany
- chlorek winylu
- chrom
- cyjanki
- 1,2-dichloroetan
- epichlorohydryna
- fluorki
- kadm
- miedź
- nikiel

- ołów
- pestycydy
- Σ pestycydów
- rtęć
- selen
- Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu
- Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
- Σ THM
- glin (aluminium)
- jon amonu
- barwa
- chlorki
- mangan
- mętność
- ogólny węgiel organiczny (OWO)
- stężenie jonów wodoru (pH)
- przewodność elektryczna
- siarczany
- sól
- utlenialność z KMnO_4
- żelazo
- bromodichlorometan
- chlor wolny
- chloraminy
- Σ chloranów i chlorynów
- ozon
- magnez
- srebro
- trichlorometan (chloroform)
- twardość
- radon
- tryt
- dawka orientacyjna
- Ra-226
- Ra-228
- Pb-210
- Po-210
- Sr-90

Niniejsza decyzja obowiązuje od **12.09.2020 r. do 28.02.2021 r.**

UZASADNIENIE

Laboratorium ALS Czech Republic s.r.o., Na Harfě 366/9, 190 00 Praha 9 złożyło do PPIS w Cieszynie wniosek z dnia 24.07.2020 r. (data wpływu 27.07.2020 r.) o zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. PPIS w Cieszynie po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przez stronę stwierdza, iż:

- charakterystyki metod badawczych wraz z odpowiednimi granicami wykrywalności dla ww. parametrów zgodne są z wymaganiami określonymi w zał. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294);

- wyniki badań biegłości dla ww. parametrów są na poziomie akceptowalnym, a organizatorzy tych badań działają zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043; przedstawione dokumenty potwierdzające uczestnictwo w badaniach biegłości potwierdzają systematyczność uczestnictwa laboratorium w dostępnych programach badań biegłości;

- strona udokumentowała posiadanie przez czterech pracowników laboratorium przeszkolenia w zakresie pobierania próbek wody do badań (pobór próbek wody jest zawarty w certyfikacie akredytacji przedstawionym przez laboratorium).

Dla parametrów: smak, zapach, C-14, Am-241, Co-60, Cs-134, Sc-137, U-238, U-234, Pu-239/Pu240 oraz I-131 strona nie przedstawiła wyników badań biegłości, które zostały wykonane nie później niż dwa lata od dnia wystąpienia o zatwierdzenie. W związku z tym ww. parametrów nie uwzględniono w niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 12 ust. 4, art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019, poz. 1437 z późn. zm.), orzeczono jak w osnowie decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Cieszynie, pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Cofnięcie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWODZING

Otrzymują:

1. ALS Czech Republic s.r.o. Na Harfe 366/9, 190 00 Praha 9, Czech Republic
2. ALS Poland sp. z o.o., ul. Marokańska 4H, 03-977 Warszawa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 40-074 Katowice ul. Raciborska 39